

RE: Solicitação de esclarecimento - PE 18/2022

Compras PMSPA <compras@pmspa.rj.gov.br>

Qui, 17/03/2022 12:09

Para: RC Scientific <rcscientific@outlook.com>

Prezados, boa tarde

Segue resposta da Secretaria Requisitante quanto ao pedido de esclarecimento formulado pela empresa.

Respeitosamente,

Daniella Cruz
Pregoeira
PMSPA

De: vigilancia saude <vigilanciaemsaudespa@gmail.com>**Enviado:** quinta-feira, 17 de março de 2022 08:51**Para:** Administração Saúde - PMSPA <admseu@pmspa.rj.gov.br>**Assunto:** Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Bom dia, não! Pois, a durabilidade da pilha é menor, difícil de substituição e a pilha contém materiais químicos que com o tempo corrói o aparelho, tornando a vida útil do aparelho menor.

Tatiana Leal
Vig. em Saúde

Em qua., 16 de mar. de 2022 às 14:12, Administração Saúde - PMSPA <admseu@pmspa.rj.gov.br> escreveu:

Encaminho o pedido de esclarecimento, para resposta discriminando o objeto em dúvida.

Luiz Guilherme de O.
Administração da Secretaria de Saúde

--

Tatiana de Cássia Ferreira Leal de Oliveira
Diretora da Vigilância em Saúde São Pedro da Aldeia

35982

De: RC Scientific <rcscientific@outlook.com>**Enviado:** terça-feira, 15 de março de 2022 10:45**Para:** Compras PMSPA <compras@pmspa.rj.gov.br>**Assunto:** Solicitação de esclarecimento - PE 18/2022

Prezados, bom dia!

Segue solicitação de esclarecimento referente ao PE 18/2022, com previsão de abertura em 18/03/2022.

Fico no aguardo e agradeço a atenção dispensada!

Atenciosamente,

--

Marília Ancelloni
Depto. de Licitações

RC Scientific Comércio de Instrumentos Analíticos

Tel.: (11) 2375-3652

WhatsApp: (11) 91369-0282

E-mail: rcscientific@outlook.com