

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE		
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE		
Razão social: LVT Medicina Laboratorial LTDA		
CNPJ: 00.795.649/0001-46		
Nome fantasia: Laboratório Dr. Vitor Travassos		
Endereço: Rua Expedicionario Da Patria, 311, Loja 1.		
Bairro: São Cristóvão	Cidade: Cabo Frio	Estado: RJ
Telefone: 22 2643-2643 / 99922-7177	FAX:	E-mail: vitortrf@gmail.com
Natureza da instituição: () pública (X) privada () outra: Especificar: _____		

Resumo do roteiro de inspeção:

Fonte: Site do Centro de Vigilância Sanitária (<https://cvs.saude.sp.gov.br/roteiros>).

Embasamento Legal:

- Resolução RDC nº 302, de 13 de outubro de 2005** – Dispõe sobre regulamento técnico para funcionamento de laboratórios clínicos.
- Resolução RDC nº 222, de 28 de março de 2018** - Dispõe sobre o regulamento técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.
- Portaria CVS nº 13, de 11 de abril de 2005** - Aprova norma técnica que trata das condições de funcionamento dos laboratórios de análises e pesquisas clínicas, patologia clínica e congêneres e dos postos de coleta descentralizados aos mesmos vinculados, regulamenta os procedimentos de coleta de material humano realizados nos domicílios dos cidadãos, disciplina o transporte de material humano e dá outras providências.
- Resolução RDC nº 50, de 02 de fevereiro de 2002** - Dispõe sobre o regulamento técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde.

Ressalvas:

6.2.6 O laboratório clínico deve monitorar a fase analítica por meio de controle interno e externo da qualidade. (RDC 302/2005).

- Não foi apresentado gerenciamento da qualidade contendo registros dos controles de qualidade interna e externo.


Conclusão: O Laboratório LVT até a presente data realizava a rotina laboratorial em parceria com o laboratório de Apoio contratado, portanto não possui registros de controle interno e externo da qualidade para apresentar. No ato da visitação foi constatada a ativação do setor técnico para realização dos exames de rotina na própria unidade sendo assim possível a implantação do programa de controle de gestão da qualidade.

No mais, o Laboratório encontra-se em conformidade com as determinações da RDC 302/2005 que Dispõe sobre Regulamento Técnico para Funcionamento de Laboratórios Clínicos, sendo demonstrada a capacidade para prestação dos serviços constantes no edital.


 Matrícula 43147.

São Pedro da aldeia, 07 de Dezembro de 2023


Anexos:



Recepção



Certificados de CEQ



Certificado de CEQ



Estoque de Material

Área Técnica



Ativação dos Equipamentos



Sala de coleta



Salas de Coleta

