



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

RELATÓRIO DA DISPENSA

UASG 985903 - PREF.MUN.DE SAO PEDRO DA ALDEIA

DISPENSA 32/2023

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------------|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | | |
| Objeto da compra: | Contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos para avaliações audiológicas - Emissão Otoacústica para realização de Teste da Orelhinha em recém nascidos até em adultos, do Município de São Pedro da Aldeia, atendendo assim as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos. | | |
| Entrega de propostas: | De 27/09/2023 às 16:01 até 02/10/2023 às 07:59 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 02/10/2023 às 08:00 (horário de Brasília) | | |

Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 02/10/2023 às 08:00:01 | A sessão pública está aberta. A partir deste momento todos os itens estão abertos para disputa até as 14:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 02/10/2023 às 08:42:35 | Prezados Senhores, boa tarde!! |
| Sistema | 02/10/2023 às 08:42:48 | Ofertem seus melhores lances. |
| Sistema | 02/10/2023 às 14:34:36 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 02/10/2023 às 14:46:24 | Prezados Senhores, boa tarde! Farei a convocação dos anexos, conforme Aviso de Dispensa Eletrônica, para as 03(três) primeiras empresas que ofertaram os melhores lances. Informo que o prazo para o envio dos documentos é de 4horas. |
| Sistema | 02/10/2023 às 14:46:42 | À contar da hora da convocação. |
| Sistema | 03/10/2023 às 09:02:10 | Prezados Senhores, bom dia!! |
| Sistema | 03/10/2023 às 14:35:34 | Prezados Senhor, boa tarde!! |
| Sistema | 03/10/2023 às 14:36:24 | Informo que estou no aguardo da análise e manifestação da Secretaria Requisitante quanto as especificações do item ofertado. |
| Sistema | 05/10/2023 às 08:38:43 | Prezados Senhores, bom dia!! |
| Sistema | 05/10/2023 às 08:39:34 | Informo que continuo no aguardo da análise e manifestação da Secretaria Requisitante. |
| Sistema | 05/10/2023 às 14:24:21 | Prezados Senhores, boa tarde!! |

Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|------------------------|--|
| 02/10/2023 às 08:00:01 | Abertura da sessão pública |
| 02/10/2023 às 14:34:35 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 1 - Equipamento para teste emissão otoacústica

Equipamento Para Teste Emissão Otoacústica Tipo: Portátil, Modulo Triagem , Módulo: Bera, Peate, Dpoae, Teoae , Acessórios: Software Coleta/Análise Dados , Adicionais: Pasta Abrasiva E Condutiva, Olivas E Eletrodos , Outros Componentes: Fone Inserção, 1 Pré-Amplificador , Tensão Alimentação: 110/220 V, Composição: Mini Impressora Termo Sensível

| | | | |
|--------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|
| Quantidade: | 1 | Valor estimado: | R\$ 41.915,2700 |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | Situação: | Adjudicado e Homologado |
| Intervalo mínimo entre lances: | R\$ 50,0000 | | |

Aceito e Habilitado por CPF ***.205.***-*0 - ALINE SODRE DA SILVA para AUDISERVICE - ASSISTENCIA DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA, CNPJ 00.497.262/0001-03, melhor lance: R\$ 24.000,0000

Propostas do Item 1

| Fornecedor | Porte MeEpp/ Equiparadas | Valor | Situação |
|---|-----------------------------|-----------------|----------|
| 42.913.579/0001-23 - 42.913.579 RAFAEL DOS SANTOS | Sim | R\$ 41.910,0000 | |
| <p>Descrição detalhada: Equipamento Para Teste Emissão Otoacústica Tipo: Portátil, Modulo Triagem , Módulo: Bera, Peate, Dpoae, Teoae , Acessórios: Software Coleta/Análise Dados , Adicionais: Pasta Abrasiva E Condutiva, Olivas E Eletrodos , Outros Componentes: Fone Inserção, 1 Pré-Amplificador , Tensão Alimentação: 110/220 V, Composição: Mini Impressora Termo Sensível</p> <p>Marca/Fabricante: CTR</p> <p>Modelo/versão: Equipamento Para Teste</p> | | | |
| 47.934.007/0001-44 - 47.934.007 WESLEY DA SILVA MENDES CUELLAR | Sim | R\$ 41.915,0000 | |
| <p>Descrição detalhada: Equipamento Para Teste Emissão Otoacústica Tipo: Portátil, Modulo Triagem , Módulo: Bera, Peate, Dpoae, Teoae , Acessórios: Software Coleta/Análise Dados , Adicionais: Pasta Abrasiva E Condutiva, Olivas E Eletrodos , Outros Componentes: Fone Inserção, 1 Pré-Amplificador , Tensão Alimentação: 110/220 V, Composição: Mini Impressora Termo Sensível</p> <p>Marca/Fabricante: Conforme TR</p> <p>Modelo/versão: Conforme TR</p> | | | |
| 50.229.678/0001-19 - 50.229.678 SAMARA DA SILVA COUTINHO | Sim | R\$ 50.000,0000 | |
| <p>Descrição detalhada: Equipamento de Otoemissões transiente e produto de distorções</p> <p>Realiza exames em recém-nascidos desde o primeiro dia de vida, crianças e adultos</p> <p>Sonda infantil removível para facilitar limpeza</p> <p>Preciso, rápido, prático e seguro, graças ao seu programa gerenciador que pode definir protocolos de exames para cada situação e ambiente</p> <p>Resultados indicados no display LCD 4x10 caracteres que facilitam a visualização do exame</p> <p>Microfone de alta definição com sistema anti-ruído. Capta menos distorção durante o exame (até 50db de ruído)</p> <p>Menu em Português</p> <p>Memória para armazenar até 250 exames</p> <p>Alimentação através de pilhas</p> <p>Não necessita computador para operação</p> <p>Marca/Fabricante: Interacoustics</p> <p>Modelo/versão: Otoemissões OtoRead</p> | | | |
| 52.341.436/0001-48 - 52.341.436 SILVIA TORRES GUIMARAES | Sim | R\$ 41.910,0000 | |

| Fornecedor | Porte MeEpp/ Equiparadas | Valor | Situação |
|--|-----------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| <p>Descrição detalhada: Equipamento Para Teste Emissão Otoacústica Tipo: Portátil, Modulo Triagem , Módulo: Bera, Peate, Dpoea, Teoae , Acessórios: Software Coleta/Análise Dados , Adicionais: Pasta Abrasiva E Condutiva, Olivas E Eletrodos , Outros Componentes: Fone Inserção, 1 Pré-Amplificador , Tensão Alimentação: 110/220 V, Composição: Mini Impressora Termo Sensível</p> <p>Marca/Fabricante: CTR</p> | Sim | R\$ 50.000,0000 | Modelo/versão: Equipamento Para Teste |
| <p>48.855.116/0001-39 - ANDRADE SOLUCOES EM BENS E SERVICOS LTDA</p> | | | |
| <p>Descrição detalhada: Equipamento Para Teste Emissão Otoacústica Tipo: Portátil, Modulo Triagem , Módulo: Bera, Peate, Dpoea, Teoae , Acessórios: Software Coleta/Análise Dados , Adicionais: Pasta Abrasiva E Condutiva, Olivas E Eletrodos , Outros Componentes: Fone Inserção, 1 Pré-Amplificador , Tensão Alimentação: 110/220 V, Composição: Mini Impressora Termo Sensível</p> <p>Marca/Fabricante: Diversos</p> | | | Modelo/versão: similar |
| <p>50.639.850/0001-02 - ASHTU ROCHA COMERCIO LTDA</p> | Sim | R\$ 41.915,2500 | |
| <p>Descrição detalhada: Teste da Orelhinha, rápido, portátil e confiável, com protocolos ajustáveis.</p> <p>Equipamento de Otoemissões transiente e produto de distorções Realiza exames em recém-nascidos desde o primeiro dia de vida, crianças e adultos Sonda infantil removível para facilitar limpeza Preciso, rápido, prático e seguro, graças ao seu programa gerenciador que pode definir protocolos de exames para cada situação e ambiente Resultados indicados no display LCD 4x10 caracteres que facilitam a visualização do exame Microfone de alta definição com sistema anti-ruído. Capta menos distorção durante o exame (até 50db de ruído) Menu em Português Memória para armazenar até 250 exames Alimentação através de pilhas Não necessita computador para operação Frequências de teste para TE 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4kHz Frequência de teste para DP 2, 3, 4, 5 kHz Nível de intensidade do Estímulo TE 83db SPL Nível de intensidade do Estímulo DP 65 e 55db SPL</p> <p>Itens Inclusos</p> <p>Unidade handheld (OtoRead) Berço (base para descanso) Impressora, incluindo a fonte de alimentação e o cabo de força Cabo de Impressora Maleta de Transporte Cabo de sonda Rolo do papel da impressora térmica Caixa de 146 eartips (12 tamanhos) 4 ponteiros 4 Baterias AA/UW3/R6 Alcalinas Manual de Operação</p> <p>Marca/Fabricante: Interacoustics</p> | | | Modelo/versão: OtoRead |
| <p>00.497.262/0001-03 - AUDISERVICE - ASSISTENCIA DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA</p> | Sim | R\$ 41.915,0000 | Proposta adjudicada |

| Fornecedor | Porte MeEpp/ Equiparadas | Valor | Situação |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|
| <p>Descrição detalhada: Equipamento de otoemissões transiente e produto de distorções, que realize exames em recém-nascidos desde o primeiro dia de vida, crianças e adultos, sonda infantil removível para facilitar limpeza, os resultados indicados devem aparecer em seu display, microfone de alta definição com sistema anti-ruído e capta menos distorção durante o exame (até 50db de ruído),tenha menu em português, uma memória mínima de 250 exames, a alimentação deve ser através de pilha e que não necessita computador para sua operação, que tenha frequência de teste para TE (1.5,2,2.5,3,3.5,4kHz), frequência de teste para DP (2,3,3,5 kHz), nível de intensidade do estímulo TE (83db SPL), nível de intensidade do estímulo DP (65 e 55db SPL). O aparelho deve acompanhar os seguintes itens: base para descanso, impressora, incluindo a fonte de alimentação e o cabo de força, cabo de impressora, maleta de transporte, cabo de sonda, rolo do papel de impressora térmica caixa de 146 eartips (12 tamanhos), 4 ponteiras, 4 baterias AA/UW3/R6 alcalinas, manual de operação, com garantia de 12 meses. Modelo: Otoread. Marca e fabricante: Interacoustics. Procedência: Dinarmarca. Reg. ANVISA: 10356029016. Marca/Fabricante: Interacoustics Modelo/versão: Otoread</p> | | | |
| 03.326.125/0001-02 - DONEGATE DISTRIBUIDORA LTDA | Sim | R\$ 41.915,2700 | |
| <p>Descrição detalhada: EQUIPAMENTO DE OTOEMISSIONES TRANSIENTE E PRODUTO DE DISTORÇÕES, QUE REALIZE EXAMES EM RECÉM[1]NASCIDOS DESDE O PRIMEIRO DIA DE VIDA, CRIANÇAS E ADULTOS, SONDA INFANTIL REMOVÍVEL PARA FACILITAR LIMPEZA, OS RESULTADOS INDICADOS DEVEM APARECER EM SEU DISPLAY, MICROFONE DE ALTA DEFINIÇÃO COM SISTEMA ANTI-RUÍDO E CAPTA MENOS DISTORÇÃO DURANTE O EXAME (ATÉ 55DB DE RUÍDO),TENHA MENU EM PORTUGUÊS, UMA MEMÓRIA MÍNIMA DE 250 EXAMES, A ALIMENTAÇÃO DEVE SER ATRAVÉS DE PILHA E QUE NÃO NECESSITA COMPUTADOR PARA SUA OPERAÇÃO, QUE TENHA FREQUÊNCIA DE TESTE PARA TE (1.5,2,2.5,3,3.5,4KHZ), FREQUÊNCIA DE TESTE PARA DP (2,3,3,5 KHZ), NÍVEL DE INTENSIDADE DO ESTÍMULO TE (83DB SPL), NÍVEL DE INTENSIDADE DO ESTÍMULO DP (65 E 55DB SPL). O APARELHO DEVE ACOMPANHAR OS SEGUINTE ITENS: BASE PARA DESCANSO, IMPRESSORA, INCLUINDO A FONTE DE ALIMENTAÇÃO E O CABO DE FORÇA, CABO DE IMPRESSORA, MALETA DE TRANSPORTE, CABO DE SONDA, ROLO DO PAPEL DE IMPRESSORA TÉRMICA CAIXA DE 146 EARTIPS (12 TAMANHOS), 4 PONTEIRAS, BATERIA RECARREGÁVEL DE LÍTIO, MANUAL DE OPERAÇÃO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. Marca/Fabricante: INTERACOUSTICS Modelo/versão: OTOREAD SCREENING</p> | | | |
| 48.053.679/0001-03 - HSI COMERCIAL LTDA | Sim | R\$ 60.000,0000 | |
| <p>Descrição detalhada: Equipamento Para Teste Emissão Otoacústica Tipo: Portátil, Modulo Triagem , Módulo: Bera, Peate, Dpoe, Teoae , Acessórios: Software Coleta/Análise Dados , Adicionais: Pasta Abrasiva E Condutiva, Olivas E Eletrodos , Outros Componentes: Fone Inserção, 1 Pré-Amplificador , Tensão Alimentação: 110/220 V, Composição: Mini Impressora Termo Sensível Marca/Fabricante: inter Modelo/versão: inter</p> | | | |
| 51.958.702/0001-13 - JEMPS COMERCIAL LTDA | Sim | R\$ 42.000,0000 | |
| <p>Descrição detalhada: Equipamento de otoemissões transiente e produto de distorções, que realize exames em recém nascidos desde o primeiro dia de vida, crianças e adultos, sonda infantil removível para facilitar limpeza, os resultados indicados devem aparecer em seu display, microfone de alta definição com sistema anti-ruído e capta menos distorção durante o exame (até 50db de ruído),tenha menu em português, uma memória mínima de 250 exames, a alimentação deve ser através de pilha e que não necessita computador para sua operação, que tenha frequência de teste para TE</p> | | | |

| Fornecedor | Porte MeEpp/ Equiparadas | Valor | Situação |
|---|-----------------------------|---|----------|
| <p>(1.5,2,2.5,3,3.5,4kHz), frequência de teste para DP (2,3,3,5 kHz), nível de intensidade do estímulo TE (83db SPL), nível de intensidade do estímulo DP (65 e 55db SPL). O aparelho deve acompanhar os seguintes itens: base para descanso, impressora, incluindo a fonte de alimentação e o cabo de força, cabo de impressora, maleta de transporte, cabo de sonda, rolo do papel de impressora térmica caixa de 146 eartips (12 tamanhos), 4 ponteiros, 4 baterias AA/UW3/R6 alcalinas, manual de operação, com garantia mínima de 12 meses.</p> <p>Marca/Fabricante: REFERENCIA\TR</p> | | Modelo/versão: Equipamento de otoemissões | |

38.091.117/0001-09 - LEVEN SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS LTDA

Sim

R\$ 41.915,2700

Descrição detalhada: OTOACÚSTICAS INTERACOUSTICS OTOREAD SCREENING PLUS TE + DP

O OtoRead™ é um instrumento OAE portátil, rápido e automático para o exame de recém-nascidos, crianças e adultos. Teste da Orelhinha, rápido, portátil e confiável.

Equipamento de Otoemissões transiente e produto de distorções Sonda infantil removível para facilitar limpeza Preciso, rápido, prático e seguro, graças ao seu programa gerenciador que pode definir protocolos de exames para cada situação e ambiente

Resultados indicados no display LCD 4x10 caracteres que facilitam a visualização do exame

Microfone de alta definição com sistema anti-ruído.

Capta menos distorção durante o exame (até 55db de ruído) Menu em Português

Memória para armazenar até 500 exames Não necessita computador para operação

Acessórios Inclusos:

- Kit de software de conexão com o computador (banco de dados + Cabo /USB + software de transferência de dados)
- Base do equipamento com conexões para impressora e PC (USB)
- Impressora com fonte acoplada
- Cabo de comunicação impressora/base
- Cabo de extensão da sonda (1m)
- Maleta para transporte
- Bobina de papel térmico
- Caixa com olivas em 12 tamanhos diferentes (total de 146 unidades)
- 4 pontas de sonda
- Bateria recarregável Lítio
- Manual de operação e utilização

Características Técnicas:

- Faixa de frequência TEOAE: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 kHz
- Faixa de frequência DPOAE: 2, 3, 4, 5 kHz
- Capacidade de armazenamento para até 500 exames
- Intensidade de estímulos: 83 dB SPL
- Nível de ruído tolerado para a operação: > 55 dB SPL
- Sonda padrão: 30 cm
- Alimentação do equipamento: Bateria recarregável de Lítio
- Alimentação da impressora/base: fonte conectada à impressora*
- Conexão com PC (via software incluso)
- Peso do equipamento: 300 g
- Base para recarregar Bateria

Marca/Fabricante: OTOREAD

Modelo/versão: OTOACÚSTICAS

| Fornecedor | Porte MeEpp/ Equiparadas | Valor | Situação |
|---|-----------------------------|-----------------|----------|
| 33.275.120/0001-50 - SUPER LICITE LICITACOES LTDA | Sim | R\$ 83.830,0000 | |
| <p>Descrição detalhada: Equipamento Para Teste Emissão Otoacústica Tipo: Portátil, Modulo Triagem , Módulo: Bera, Peate, Dpoe, Teoae , Acessórios: Software Coleta/Análise Dados , Adicionais: Pasta Abrasiva E Condutiva, Olivas E Eletrodos , Outros Componentes: Fone Inserção, 1 Pré-Amplificador , Tensão Alimentação: 110/220 V, Composição: Mini Impressora Termo Sensível</p> <p>Marca/Fabricante: Interacoustics/similar Modelo/versão: Equipamento Para Teste</p> | | | |

Lances do Item 1

| | | |
|---------------------|--------------------|-----------------|
| 02/10/2023 12:59:11 | 00.497.262/0001-03 | R\$ 41.800,0000 |
| 02/10/2023 13:26:58 | 50.229.678/0001-19 | R\$ 41.910,0000 |
| 02/10/2023 13:32:09 | 48.855.116/0001-39 | R\$ 41.750,0000 |
| 02/10/2023 13:36:39 | 47.934.007/0001-44 | R\$ 41.700,0000 |
| 02/10/2023 13:51:06 | 00.497.262/0001-03 | R\$ 41.000,0000 |
| 02/10/2023 13:54:17 | 03.326.125/0001-02 | R\$ 40.950,0000 |
| 02/10/2023 13:54:43 | 48.855.116/0001-39 | R\$ 40.900,0000 |
| 02/10/2023 13:54:57 | 00.497.262/0001-03 | R\$ 40.000,0000 |
| 02/10/2023 13:55:56 | 03.326.125/0001-02 | R\$ 40.850,0000 |
| 02/10/2023 13:55:57 | 51.958.702/0001-13 | R\$ 39.949,9700 |
| 02/10/2023 13:56:10 | 00.497.262/0001-03 | R\$ 39.500,0000 |
| 02/10/2023 13:56:13 | 51.958.702/0001-13 | R\$ 39.449,9700 |
| 02/10/2023 13:56:14 | 03.326.125/0001-02 | R\$ 39.950,0000 |
| 02/10/2023 13:56:22 | 03.326.125/0001-02 | R\$ 39.000,0000 |
| 02/10/2023 13:56:31 | 00.497.262/0001-03 | R\$ 35.000,0000 |
| 02/10/2023 13:57:14 | 48.855.116/0001-39 | R\$ 34.950,0000 |
| 02/10/2023 13:57:27 | 00.497.262/0001-03 | R\$ 34.000,0000 |
| 02/10/2023 13:57:33 | 48.855.116/0001-39 | R\$ 33.950,0000 |
| 02/10/2023 13:57:40 | 00.497.262/0001-03 | R\$ 33.000,0000 |
| 02/10/2023 13:57:50 | 48.855.116/0001-39 | R\$ 32.950,0000 |
| 02/10/2023 13:58:03 | 33.275.120/0001-50 | R\$ 41.650,0000 |
| 02/10/2023 13:59:19 | 51.958.702/0001-13 | R\$ 32.899,9700 |
| 02/10/2023 13:59:23 | 00.497.262/0001-03 | R\$ 28.000,0000 |
| 02/10/2023 13:59:23 | 51.958.702/0001-13 | R\$ 28.000,0100 |
| 02/10/2023 13:59:24 | 48.855.116/0001-39 | R\$ 32.849,9700 |
| 02/10/2023 13:59:25 | 48.855.116/0001-39 | R\$ 27.950,0000 |
| 02/10/2023 13:59:31 | 48.053.679/0001-03 | R\$ 38.950,0000 |
| 02/10/2023 13:59:34 | 48.053.679/0001-03 | R\$ 38.900,0000 |
| 02/10/2023 13:59:40 | 48.053.679/0001-03 | R\$ 38.850,0000 |

Lances do Item 1

| Data/hora | Participante | Lance |
|---------------------|--------------------|-----------------|
| 02/10/2023 13:59:44 | 50.229.678/0001-19 | R\$ 38.950,0000 |
| 02/10/2023 13:59:45 | 50.229.678/0001-19 | R\$ 31.760,0000 |
| 02/10/2023 13:59:47 | 48.053.679/0001-03 | R\$ 31.710,0000 |
| 02/10/2023 13:59:51 | 38.091.117/0001-09 | R\$ 27.900,0000 |
| 02/10/2023 13:59:52 | 48.855.116/0001-39 | R\$ 27.850,0000 |
| 02/10/2023 13:59:52 | 38.091.117/0001-09 | R\$ 27.800,0000 |
| 02/10/2023 13:59:53 | 48.855.116/0001-39 | R\$ 27.750,0000 |
| 02/10/2023 13:59:53 | 38.091.117/0001-09 | R\$ 27.700,0000 |
| 02/10/2023 13:59:54 | 48.855.116/0001-39 | R\$ 27.650,0000 |
| 02/10/2023 13:59:54 | 38.091.117/0001-09 | R\$ 27.600,0000 |
| 02/10/2023 13:59:55 | 00.497.262/0001-03 | R\$ 24.000,0000 |
| 02/10/2023 13:59:56 | 48.855.116/0001-39 | R\$ 27.599,9900 |

Mensagens do chat do Item 1

| Enviado por | Data/Hora envio | Mensagem |
|---|---------------------|--|
| Sistema | 02/10/2023 14:00:04 | O item 1 teve empate real para o valor 41.910,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 02/10/2023 14:00:04 | O item 1 está encerrado. |
| Sistema para o participante 00.497.262/0001-03 | 02/10/2023 14:47:20 | Sr. Fornecedor AUDISERVICE - ASSISTENCIA DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA, CNPJ 00.497.262/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:47:00 do dia 02/10/2023. Justificativa: Solicito o envio da proposta readequada, folder/prospectos do item e documentação de habilitação da empresa, conforme solicitado no Aviso de Dispensa Eletrônica.. |
| Sistema para o participante 48.855.116/0001-39 | 02/10/2023 14:47:53 | Sr. Fornecedor ANDRADE SOLUCOES EM BENS E SERVICOS LTDA, CNPJ 48.855.116/0001-39, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:48:00 do dia 02/10/2023. Justificativa: Solicito o envio da proposta readequada, folder/prospectos do item e documentação de habilitação da empresa, conforme solicitado no Aviso de Dispensa Eletrônica.. |
| Sistema para o participante 38.091.117/0001-09 | 02/10/2023 14:48:09 | Sr. Fornecedor LEVEN SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS LTDA, CNPJ 38.091.117/0001-09, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:48:00 do dia 02/10/2023. Justificativa: Solicito o envio da proposta readequada, folder/prospectos do item e documentação de habilitação da empresa, conforme solicitado no Aviso de Dispensa Eletrônica.. |
| pele participante 00.497.262/0001-03 | 02/10/2023 15:03:18 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:03:18 de 02/10/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AUDISERVICE - ASSISTENCIA DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA, CNPJ 00.497.262/0001-03. |
| pele participante 38.091.117/0001-09 | 02/10/2023 15:18:40 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:18:40 de 02/10/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LEVEN SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS LTDA, CNPJ 38.091.117/0001-09. |

| Enviado por | Data/Hora envio | Mensagem |
|---|---------------------|--|
| pelo participante 48.855.116/0001-39 | 02/10/2023 15:52:37 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:52:37 de 02/10/2023. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor ANDRADE SOLUCOES EM BENS E SERVICOS LTDA, CNPJ 48.855.116/0001-39. |
| Sistema para o participante 00.497.262/0001-03 | 03/10/2023 09:02:50 | Senhor, bom dia!! |
| Sistema para o participante 00.497.262/0001-03 | 03/10/2023 09:03:52 | Encaminharei o prospecto para a Secretaria Requisitante para análise e parecer quanto as especificações do produto. |
| pelo participante 00.497.262/0001-03 | 03/10/2023 10:46:21 | Ficamos à sua disposição. |
| Sistema para o participante 00.497.262/0001-03 | 05/10/2023 14:24:38 | Senhor, boa tarde!! |
| Sistema para o participante 00.497.262/0001-03 | 05/10/2023 14:25:51 | Segue resposta da Secretaria Requisitante quanto as especificações do produto. |
| Sistema para o participante 00.497.262/0001-03 | 05/10/2023 14:27:35 | "Boa tarde! Após consulta com a responsável pelo setor competente, verifica-se que o item indicado em anexo atende às necessidades da Administração, bem como possui especificações alinhadas às do Termo de Referência". |
| Sistema para o participante 00.497.262/0001-03 | 05/10/2023 14:28:25 | Portanto, declaro a empresa habilitada. |

Eventos do Item 1

| Data/Hora | Descrição |
|---------------------|---|
| 02/10/2023 14:00:04 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 02/10/2023 14:00:04 | Item teve empate real para o valor 41.910,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| 02/10/2023 14:00:04 | Item encerrado para lances. |
| 02/10/2023 14:47:20 | Fornecedor AUDISERVICE - ASSISTENCIA DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA, CNPJ 00.497.262/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 02/10/2023 18:47:00. Motivo: Solicito o envio da proposta readequada, folder/prospectos do item e documentação de habilitação da empresa, conforme solicitado no Aviso de Dispensa Eletrônica.. |
| 02/10/2023 14:47:53 | Fornecedor ANDRADE SOLUCOES EM BENS E SERVICOS LTDA, CNPJ 48.855.116/0001-39 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 02/10/2023 18:48:00. Motivo: Solicito o envio da proposta readequada, folder/prospectos do item e documentação de habilitação da empresa, conforme solicitado no Aviso de Dispensa Eletrônica.. |
| 02/10/2023 14:48:09 | Fornecedor LEVEN SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS LTDA, CNPJ 38.091.117/0001-09 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 02/10/2023 18:48:00. Motivo: Solicito o envio da proposta readequada, folder/prospectos do item e documentação de habilitação da empresa, conforme solicitado no Aviso de Dispensa Eletrônica.. |

| Data/Hora | Descrição |
|---------------------|--|
| 02/10/2023 15:03:18 | Fornecedor AUDISERVICE - ASSISTENCIA DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA, CNPJ 00.497.262/0001-03 finalizou o envio de anexo. |
| 02/10/2023 15:18:40 | Fornecedor LEVEN SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS LTDA, CNPJ 38.091.117/0001-09 finalizou o envio de anexo. |
| 02/10/2023 15:52:37 | Fornecedor ANDRADE SOLUCOES EM BENS E SERVICOS LTDA, CNPJ 48.855.116/0001-39 finalizou o envio de anexo. |
| 05/10/2023 14:29:54 | Fornecedor AUDISERVICE - ASSISTENCIA DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA, CNPJ 00.497.262/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 24.000,0000. |
| 05/10/2023 14:30:14 | Fornecedor AUDISERVICE - ASSISTENCIA DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA, CNPJ 00.497.262/0001-03 foi habilitado. |
| 06/10/2023 10:09:49 | Fornecedor AUDISERVICE - ASSISTENCIA DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA, CNPJ 00.497.262/0001-03 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 24.000,0000. |
| 06/10/2023 10:09:51 | Item homologado. |