



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PMSPA - SECAD
Proc Nº 222/2020
Folha Nº 472
Rubrica

SÃO PEDRO DA ALDEIA
E TEMPO DE VIVER BEM

ÀO DELIC,

Considerando, as propostas apresentadas no Pregão Presencial nº 23/2020, vimos informar o seguinte:

- 1) Proposta da empresa ODOMEDI comercio e representação Ltda - Epp, em consulta ao site fiacompressores.com.br, foi verificado junto as especificações o mesmo não atende com a pressão máxima (140 psi), pois, o mesmo tem pressão máxima (120 psi);
- 2) Proposta da empresa C. G. Lima Distribuidora de Equipamentos, em consulta ao site chiaperini.com.br, foi verificado que as especificações não atendem, pois a linha proposta pela empresa é industrial, não específico para odontologia;
- 3) Proposta da empresa Store House Distribuidora Ltda, em consulta ao site evoxx.com.br, foi verificado junto as especificações o mesmo não atende, pois, não é bivolt, a pressão máxima é 120 psi e 8,3 bar;
- 4) Proposta da empresa Genesis Comércio Representações e Serviços Eireli, em consulta ao site gruopovotech.com.br, foi verificado que as especificações não atendem, pois, não é bivolt, o modelo proposto a pressão máxima é 120 psi e 8,3 bar;
- 5) Proposta da empresa Betaniamed Comercial Eireli – EPP, em consulta ao site dentemed.com.br, foi verificado que o modelo proposto não está disponível e os modelos disponíveis são de menores capacidades de reservatório de ar, portanto, ficamos impossibilitado de analisar esta proposta.
- 6) Proposta da empresa M. J. R. Porto Velho Comércio e Prestadora de Serviços Ltda, em consulta a sua própria proposta de preço, foi verificado que a capacidade de reservatório de ar é de 65 litros, o que não atende a especificação.

Ante o acima exposto, informamos que nenhuma das propostas apresentadas atenderam as especificações constantes no Termo de Referência. Para prosseguimento.

São Pedro da Aldeia, 29 de julho de 2020.

Marcio Pereira Pinheiro
Mat. 832

Bruno de Souza Soares
Sec. Adjunto de Saúde
Matr 32 794

Bruno de Souza Soares
Secretário Adjunto de Saúde