



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA**  
**Estado do Rio de Janeiro**  
**SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO**

**ERRATA 02 DE EDITAL DE LICITAÇÃO**

**Referência: Pregão Presencial 026/2020**

O MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ torna público a presente ERRATA do item 1 DO TERMO DE REFERÊNCIA do objeto do edital **pregão presencial 026/2020**.

A presente errata visa a apresentação de nova especificação do kit de teste rápido para COVID-19, passando então à descrição que segue:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QTE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	Kit de teste rápido imunocromatográfico para a detecção qualitativa de anticorpos IgG e IgM anti-COVID-19, presente em amostras humanas de sangue total, soro ou plasma. O teste deverá conter cassete com detecção de IgG e IgM anti-COVID-19. Cada teste deverá ser embalado individualmente. Deverá conter ainda: 1 Lanceta, 1 pipeta de no mínimo 10 ml(para o teste de COVID-19 IgG/IgM), reagente com tampa, saco para descarte e manual de instruções. Aprovado pela Anvisa. INCQS aprovado pela FIOCRUZ. Validade mínima de 1 ano.	Kit	33.000	57,406	1.894.398,00

Retifique-se ainda o valor global constante do item 2.2 do edital, passando então ao novo valor global na monta de R\$ 1.894.398,00 (um milhão oitocentos e noventa e quatro mil trezentos e noventa e oito reais)

São Pedro da Aldeia, 20 de agosto de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
**LUIZ FERNANDO S. C. CAMPOS**  
Pregoeiro