



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo III - Planilha de Proposta de Preço

Nome da Firma ou Razão Social: _____	Un. Gestora: FMS
Data: _____	Processo Adm: 8917/2022
Endereço: _____	Nº Edital: 030/2023
CNPJ: _____	Data: 20/04/2023
Inscrição Estadual: _____	Horário: _____
Inscrição Municipal: _____	
Agência: _____ Banco: _____ C/C: _____	

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIRÚRGICOS DESTINADOS À UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO E CONTROLE POPULACIONAL DE ANIMAIS (CASTRAMÓVEL), de modo atender a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, pelo prazo de 12 (doze) meses.

Tipo de Benefício: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativa

Item	Produto	Unidade	Marca	Quantidade	Valor	Valor Total
1	ASPIRADOR DE SECREÇÕES	unid	_____	1,00	_____	_____
Descr	ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO E A BATERIA. FONTE DE ALIMENTAÇÃO: AC 110/220 V BIVOLT AUTOMÁTICO; BATERIA: DC 12V COM DURAÇÃO DE 3 HORAS; CABO DE LIGAÇÃO ELÉTRICO; BATERIA COM FUNÇÕES DE AUTO-CONTROLE; DUPLA CONFIGURAÇÃO DA MÁQUINA; CARREGAMENTO RÁPIDO DE BATERIA; FRASCO COM POLICARBONATO AUTOCLAVÁVEL; FILTRO BACTERIOLÓGICO; COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO; POTÊNCIA DE 1/3 OU 1/4 HP 50/60 HZ ROTAÇÃO 1750 RPM; VÁCUO MÁXIMO 0,08 MP/660 MMHG; ASPIRAÇÃO DE 0 A 25 POL. HG VAZÃO MÁXIMA 24 L/MIN. REGISTRO NA ANVISA.					
2	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA: CAPACIDADE: MÍNIMO DE 21 L ATÉ 25 L;	unid	_____	2,00	_____	_____
Descr	MATERIAL DA CÂMARA: AÇO INÓX; COM O MÍNIMO DE 2 BANDEJAS; MODELO: DIGITAL; VOLTAGEM: 220V.; POTÊNCIA 1800 W ATTS; REGISTRO NA ANVISA 1 PARA USO IMEDIATO E 1 RESERVA					
3	BALANÇA DIGITAL VETERINÁRIA	unid	_____	2,00	_____	_____
Descr	COM PLATAFORMA MEDINDO APROXIMADAMENTE 90 X 65CM BIVOLTS E CAPACIDADE MÁXIMA DE 150KG.					
4	BANCADA PARA ACOMODAR A AUTOCLAVE	unid	_____	1,00	_____	_____
Descr	EM MDF DE 10MM BRANCO COM MEDIDAS: 60 X 60					
5	BANQUETAS DE AÇO INOX	unid	_____	4,00	_____	_____
Descr	BANCO GIRATÓRIO PINTADO C/ ASSENTO INOX C/ PONTEIRAS PRODUTO PINTADO, COM ASSENTO INOX, CONSTRUÍDO EM TUBOS DE 7/8" X 0,9MM PINTADOS. ASSENTO EM CHAPA INOX DE 0,80MM COM 28 CM DE DIÂMETRO. ALTURA MÍNIMA: 0,41M; ALTURA MÁXIMA: 0,64M. PÉS COM PONTEIRA.					
6	CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 50 LITROS	unid	_____	2,00	_____	_____
Descr	COM SUPORTE FIXO DENTRO DA UNIDADE; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO: CAPACIDADE HIDRÁULICA (L): 50 LITROS; CAPACIDADE DE GÁS (M³): 10 METROS CUBICOS (M³); PRESSÃO DE SERVIÇO (BAR): 200 BAR; DIÂMETRO EXTERNO (MM): 230 MM; ALTURA (MM): 1460 MM; PESO (KG): 57,2 KG; CONEXÃO PARA VÁLVULA: ABNT 218-1. DIMENSÕES: CILINDRO DE OXIGÊNIO 50L 10M³ EM AÇO ALTURA: 1,30 METROS LARGURA: 25,00 CENTÍMETROS PROFUNDIDADE: 25,00 CENTÍMETROS PESO: 57,00 KILOGRAMAS 1 PARA USO IMEDIATO E 1 RESERVA					

Assinatura/Carimbo do Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo III - Planilha de Proposta de Preço

Nome da Firma ou Razão Social: _____ Un. Gestora: FMS
Data: _____ Processo Adm: 8917/2022
Endereço: _____ Nº Edital: 030/2023
CNPJ: _____ Data: 20/04/2023
Inscrição Estadual: _____ Horário: _____
Inscrição Municipal: _____
Agência: _____ Banco: _____ C/C: _____

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIRÚRGICOS DESTINADOS À UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO E CONTROLE POPULACIONAL DE ANIMAIS (CASTRAMÓVEL), de modo atender a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, pelo prazo de 12 (doze) meses.

Tipo de Benefício: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativa

Item	Produto	Unidade	Marca	Quantidade	Valor	Valor Total
7	COLCHÕES TÉRMICOS VETERINÁRIOS BI VOLTS	unid	_____	8,00	_____	_____
Descr	COLCHÃO TÉRMICO COM CAPA DE PVC - 100X50 CM. USADO PARA AUXILIAR EM PROCEDIMENTOS E TRATAMENTOS, O COLCHÃO TÉRMICO MANTÉM A TEMPERATURA CORPORAL DOS ANIMAIS, REDUZINDO O IMPACTO DAS DORES E ESTIMULANDO A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA. FABRICADO EM NYLON COM TRATAMENTO IMPERMEÁVEL, TAMANHO 100X50 CM, FORRAÇÃO INTERNA EM POLIÉSTER COM PROTEÇÃO ANTI-CHAMA, CONTROLADOR DE TEMPERATURA COM 2 ESTÁGIOS DE TEMPERATURA, POSSUI TAMBÉM DOIS SENSORES DE SEGURANÇA PARA DIMINUIR O RISCO DE QUEIMADURA DO ANIMAL.					
8	FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR COM PÉ (BASE) 01	unid	_____	2,00	_____	_____
Descr	FOCO REFLETOR MÓVEL COM LÂMPADAS DE LED E LUMINOSIDADE DE 25.000 A 30.000 LUX CADA, CONTENDO HASTE E BRACOS GIRATÓRIOS E DIÂMETRO DO FOCO AJUSTÁVEL, COM RODÍZIOS EM MATERIAL RESISTENTE QUE PERMITAM UMA GRANDE MOBILIDADE, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, MODO EMERGÊNCIA, COM 12 LÂMPADAS NO MÍNIMO, CONTROLE POR MEMBRANA E FILTRO ANTITÉRMICO, (BATERIA RECARREGÁVEL).					
9	MACAS VETERINÁRIAS DOBRÁVEIS	unid	_____	2,00	_____	_____
Descr	MACA PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS, CONFECCIONADA EM AÇO INOX 304 COM LONA IMPERMEÁVEL, CINTAS PARA AMARRAS, DOBRÁVEL, OCUPA POUCO ESPAÇO. MEDIDAS: ABERTA : 120 X 60 CM; FECHADA: 60 X 60 CM.					
10	MESA DE MAYO EM AÇO INOX MATERIAL	unid	_____	1,00	_____	_____
Descr	AÇO INOX POLIDO ALTURA MÍNIMA: 60CM ALTURA MÁXIMA: 110CM MEDIDAS DA BANDEJA: 45X35CM. A MESA DE MAYO EM AÇO INOXIDÁVEL É INDICADA PARA AUXILIAR OS PROFISSIONAIS A ORGANIZAR OS INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS. COM REGULAGEM DE ALTURA QUE É FACILMENTE ACIONADA POR MANÍPULO, TRÊS PÉS COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS PARA FACILITAR A MOVIMENTAÇÃO, POSSUIR BANDEJA REMOVÍVEL EM AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO FEITO EM AÇO INOX POLIDO.					

Assinatura/Carimbo do Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo III - Planilha de Proposta de Preço

Nome da Firma ou Razão Social: _____ Un. Gestora: FMS
Data: _____ Processo Adm: 8917/2022
Endereço: _____ Nº Edital: 030/2023
CNPJ: _____ Data: 20/04/2023
Inscrição Estadual: _____ Horário: _____
Inscrição Municipal: _____
Agência: _____ Banco: _____ C/C: _____

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIRÚRGICOS DESTINADOS À UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO E CONTROLE POPULACIONAL DE ANIMAIS (CASTRAMÓVEL), de modo atender a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, pelo prazo de 12 (doze) meses.

Tipo de Benefício: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativa

Item	Produto	Unidade	Marca	Quantidade	Valor	Valor Total
11	MONITOR VETERINÁRIO MULTIPARAMÉTRICO COM ELETROCARDIOGRAMA	Unid	_____	1,00	_____	_____
Descr	DE LCD MÍNIMO DE 7" POLEGADAS; PARÂMETROS: ECG / RESP / SPO2 / TEMPERATURA / PRESSÃO NÃO INVASIVA / CURVA PLETISSMOGRÁFICA / FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA; 09 LINHAS DE TRAÇADOS SIMULTÂNEAS; 12 HORAS DE TRAÇADOS PASSADOS; 200 GRAVAÇÕES DE ACIONAMENTO DO ALARME; 1000 GRAVAÇÕES DE PANI / PASSO SONORO / ALARME SONORO, LUMINOSO; BATERIA INTERNA; ECG: DERIVAÇÕES: I, II, III, AVR, AVL, AVF, V; AUMENTO: X0.25 / X0.50 / X1 / X2; FAIXA DE BPM: 15 - 350; VELOCIDADES: 12.5 MM/S, 25 MM/S, 50 MM/S; RESP: FAIXA DE MENSURAÇÃO: 0-150 RESP/MIN; ACURÁCIA: +/- 2%; - SPO2: FAIXA DE MENSURAÇÃO: 0- 100%; FAIXA DE PULSO: 20-250 BPM; ACURÁCIA: 2% (70-100%); - TEMP: FAIXA DE MENSURAÇÃO: 0-50°C; ACURÁCIA: +/- 0.1°C; - PANI: MODO DE TRABALHO: MANUAL / AUTOMÁTICA / CONTÍNUA; UNIDADES: MMHG / KPA; ACURÁCIA: +/- 5MMHG; INCLUINDO, 01 CABO DE ECG 05 VÍAS, 01 CABO DE TEMPERATURA, 01 CABO DE SPO2, 01 CABO EXTENSOR NIBP (PANI), 01 JOGO COM 05 MANGUITOS DE 01 VÍAS (TAMANHOS 1, 2, 3, 4 E 5), BIVOLT AUTOMÁTICO (127V / 220V)					
12	MONOFÁSICO BIVOLT 115/230 V COM CHAVE SELETORA, 2 POLOS, COM 7.2 KVA DE POTÊNCIA MÁXIMA	unid	_____	1,00	_____	_____
Descr	POSSUIR REGULADOR ELETRÔNICO AUTOMÁTICO DE TENSÃO (AVR). POSSUIR CARREGADOR DE BATERIA AUXILIAR 12 VDC / 8 A E VOLTÍMETRO ANALÓGICO. TANQUE COM CAPACIDADE PARA ATÉ 25 LITROS DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), AUTONOMIA DE ATÉ 6 HORAS DE FUNCIONAMENTO. POSSUIR RODAS E ALÇAS PARA TRANSPORTE.					
13	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR COM CONGELADOR	unid	_____	1,00	_____	_____
Descr	CAPACIDADE: 80 LITROS; PARA ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS IMUNOBIOLOGICOS, VOLTAGEM: 220 V; FREQUÊNCIA 60 HZ, COR: BRANCA; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA: CLASSIFICAÇÃO A DO INMETRO; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; TERMOSTATO; PÉS COM AJUSTE DE ALTURA; PRATELEIRAS DE VIDRO; GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R600A: LIVRE DE CFC (CLOROFLUOROCARBONETO)					

Valor Total: _____

Por extenso: _____

Prazo de entrega do objeto conforme o edital

Assinatura/Carimbo do Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo III - Planilha de Proposta de Preço

Nome da Firma ou Razão Social: _____

Data: _____

Endereço: _____

CNPJ: _____

Inscrição Estadual: _____

Inscrição Municipal: _____

Agência: _____ Banco: _____ C/C: _____

Un. Gestora: FMS

Processo Adm: 8917/2022

Nº Edital 030/2023

Data: 20/04/2023

Horário:

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIRÚRGICOS DESTINADOS À UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO E CONTROLE POPULACIONAL DE ANIMAIS (CASTRAMOVEL), de modo atender a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, pelo prazo de 12 (doze) meses.

Validade da Proposta 60 dias

Condições de pagamento conforme o edital

Qualificação do representante legal:

Assinatura/Carimbo do Responsável