

Fwd: Re: Fwd: Esclarecimento PREGÃO ELETRÔNICO 030/2023 - SÃO PEDRO DA ALDEIA

 **De** <compras@pmspa.rj.gov.br>
Para <licitacao@stermax.com.br>
Data 2023-04-14 14:45
Prioridade Alta

Prezados senhores, boa tarde

Segue resposta da Secretaria Requisitante quanto ao pedido de esclarecimento formulado pela empresa.

Respeitosamente,

Daniella Cruz
Pregoeira
PMSPA

----- Mensagem original -----

Assunto: Re: Fwd: Esclarecimento PREGÃO ELETRÔNICO 030/2023 - SÃO PEDRO DA ALDEIA

Data: 2023-04-14 12:00

De: adm��esau@pmspa.rj.gov.br

Para: compras@pmspa.rj.gov.br

A 2023-04-14 11:26, compras@pmspa.rj.gov.br escreveu:

Prezados senhores, bom dia!

Segue pedido de esclarecimento formulado por empresa interessada em participar do Pregão Eletrônico nº 30/2023, cujo objeto é de contratação de empresa para aquisição de equipamentos cirúrgicos e materiais permanentes.

Aguardo resposta para encaminhar à empresa.

Respeitosamente,

Daniella Cruz
Pregoeira
PMSPA

----- Mensagem original -----

Assunto: Esclarecimento PREGÃO ELETRÔNICO 030/2023 - SÃO PEDRO DA ALDEIA

Data: 2023-04-14 10:42

De: Licitação - Stermax <licitacao@stermax.com.br>

Para: "compras@pmspa.rj.gov.br" <compras@pmspa.rj.gov.br>

Cópia: Alany Milene de Jesus da Silva <alany.silva@grupomfm.com.br>, Anderson Moreira Batista <anderson.moreira@grupomfm.com.br>

Bom Dia,

Solicitamos esclarecimento quanto ao item 2 do edital no descritivo solicita: AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA: POTÊNCIA 1800 WATTS sabe-se quanto maior a potencia maior o consumo de energia, assim, o equipamento pode operar com capacidade inferior sem afetar o processo de esterilização, dessa forma questionamos, serão aceitos equipamentos com potencia de 1.600W ou menor considerando menor consumo de energia sem afetar o processo de esterilização que se destina . Esse entendimento está correto?

Att.

Bom dia, prezados.

De acordo com o edital, os itens apresentados na proposta devem atender aos requisitos mínimos exigidos. No caso específico do item 2 que solicita uma autoclave horizontal de mesa com potência de 1800 watts, entende-se que este é o requisito mínimo exigido pela administração pública para atender às necessidades do processo de esterilização que se destina.

Assim, é recomendável que a licitante apresente propostas de equipamentos que atendam às especificações do edital, a fim de garantir sua habilitação na licitação. Qualquer alteração nos requisitos mínimos pode resultar na desclassificação da proposta.

Atte.,

Luciano Cardoso

